



MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koço Gliozheni" Tirane

Adresas: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë, Shqipëri

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 18.10.2021

Për: „EUROMED“ shpk Tirane

Procedura e prokurimit: **Procedure e Hapur/Marreveshje Kuader me një operator ekonomik(me afat 1 vjekar)**

Numri i referencës së procedurës/lotit **REF-05322-09-15-2021**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **F.V "Pajisje Mjeksores"**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohe t): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto ☐

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. „EUROMED“ SHPK K71718012P

Vlera 20.969.000 (Njzet milion e nenteqind e gjashtedhjetë e nente mijë) Leke pa tvsh

2. "TBS 96" SHPK K71407001F

Vlera 15.520.700 (Pesembedhjetë milion e pesëqind e njetë mijë e shtateqind) leke pa tvsh

3. "MSE" SHPK L82001005A

Vlera 21.310.500 (Njzet e një milion e treqind e dhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

TBS 96 SHPK, skualifikohet per arsyet e më poshtme:

Në lidhje me kapacitetin teknik Pika 2,3 sipas shtojcës në DST, OE nuk plotëson kriterin për furnizime të mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit.

1. Lampa operatore tavanore LED me dy satelitë

Në dokumentet e paraqitura mungon Ce/deklaratë konformiteti për produktin e propozuar me model Starled5.

Lampa kërkohet model me dy satelitë. Dokumentet përkatëse e paraqesin si një produkt me një satelit.

Indeksi i renderimit të ngyrave kërkohet 96 % dhe dy modelet e propozuara ofrojnë vlerën 95%.

Paneli i kontrollit kërkohet me ndërfaqe LCD dhe produkti i propozuar e ofron me butona.

Minimalisht kërkohen 60 LED dhe ofrohen 43 LED.

2. Shtrat Operimi

Në dokumentet e paraqitura për deklaratën e prodhuesit nuk gjendet modeli Nitro HB 8000L i propozuar.

Kërkohet shtrat operimi dhe ofrohet shtrat reanimacioni duke mos respektuar kategorinë e më pas duke paraqitur mospërputhje masive referuar specifikimeve teknike bazuar në produktin e ofruar,

3. Kollona tavanore shërbimi (gazra mjekësor)

Kërkohet pedant tip ure. Modeli i ofruar nuk është i tillë. Kërkohet për të ofruar lehtësi në mjekimin e pacientëve dhe modeli i paraqitur ofrohet për aplikim në salla kirurgjie.

5. Aspirator

Bazuar në dokumentacionin përkatës, nuk evidentohet autoklavimi në temperaturën 121 gradë C sipas specifikimit teknik të kërkuar.

6. Llampë sterilizimi UV

Produkti i ofruar realizon vetëm dizinfektimin e ajrit dhe jo të sipërfaqeve, duke cënuar kategorinë e kërkuar e më tej specifikimet teknike.

Në dokumentat e paraqitur nuk gjendet CE e prodhuesit Gima. CE nuk është e vlefshme

Duke respektuar specifikimet teknike, në dokumentacionin përkatës, nuk evidentohet mbrojtja nga uji dhe pluhurat IP20 CLASS I ose IP20 Class II.

Kërkohet të trajtojë sipërfaqe në rangun 14-25 metra katrorë, informacion i cili nuk evidentohet në dokumentacionin aktual.

7. Karrocë instrumentesh Mayo

Referuar dokumentacioneve të paraqitura, evidentohet mungesa e certifikimeve CE për modelin e ofruar STST005.

8. Elektrobisturi

Bazuar në dokumentet e paraqitura evidentohet mungesa e CE për Gima. CE i paraqitur nuk është e vlefshme.

Specifikimet teknike kërkojnë produkt me 100-300 programe në memorje për ndërhyrje kirurgjikale të ndryshme. Dokumentacioni i paraqitur nuk evidenton një informacion të tillë.

Kërkohet që pajisja të ketë sistem për alarme audio vizuale nga gjeneratori dhe me tekst në ekran. Bazuar në dokumentacionin përkatës, nuk përmendet një specifikim i tillë teknik.

Referuar gjithashtu në pikën e mësipërme, nuk gjendet treguesi i gabimit referuar dokumentacionit teknik të produktit të ofruar.

Bazuar në specifikimet teknike të kërkuara, nuk plotësohet vlerat minimale të kapaciteteve si mono coag (220-250 Ë), bipolar cut (300-400 Ë), bipolar coag (300-350 Ë).

Në listën e specifikimeve teknike kërkohen 1x(100) pllaka neutrale një përdorimshe me kontakt standard 25 mm / ekuivalente si dhe 1 (një) pllakë neutrale shumë përdorimshe të cilat nuk evidentohen bazuar në dokumentacionin aktual.

Kërkohen 1 (një) foreceps bipolare jo ngjitëse gold të drejta dhe bayonet të dizenuara posaçërisht me vetitë e veçanta termike për performancë optimale ose ekuivalente, nuk përmendet si element në dokumentacionin aktual referuar produktit përkatës.

Në dokumentacionin referuar produktit të ofruar nuk evidentohet kombinimi simultan i tre instrumenteve bipolare. Gjithashtu nuk evidentohet nëse pajisja është kompatibël me evakuatorin e tymit dhe koagulatorin ARGON.

Theksohet se mungojnë specifikimet teknike në lidhje me aksesoret në dokumentin përkatës referuar produktit të ofruar.

9. Rafte medikamentesh

Referuar dokumentacioneve, mungon CE për modelin e ofruar (STST011).

Referuar produktit të ofruar cënohet kategoria e kërkuar. Specifikimet teknike e kërkojnë produktin me dy rafte dhe sirtarë në pjesën e poshtme.

Gjithashtu, referuar dokumentacionit të produktit të ofruar, nuk evidentohet veshja e pjesëve metalike me pluhur elektrostatik.

11. Tavolinë Karrel

Referuar dokumenteve të dorëzuara / ngarkuar në sistem, mungon CE në lidhje me produktin e ofruar me modeli STST001.

12. Shtrat Lindje

Në specifikime teknike, produkti kategorizohet me 3 (tre) seksione për shpinën, ndënjësen dhe këmbët. Dokumentacioni aktual e paraqet produktin me 2 (dy) seksione të ilustruara.

Gjithashtu evidentohet mungesa e bacinelës prej inoksi me fiksuesin përkatës bazuar në dokumentacionin e produktit përkatës.

14. Llampë vizitash e lëvizshme

Referuar dokumentacioneve përkatëse evidentohet mungesa e Ce/declare konformiteti referuar produktit të propozuar me model ACEM ST1.1F

15. Sistem CTG

Bazuar në dokumentacionet aktuale, CE nuk është e vlefshme.

16. Shtrat pacienti

Bazuar në dokumentacionin aktual, nuk evidentohet kapaciteti i peshës mbajtëse e cila kërkohet minimalisht 200 Kg sipas specifikimeve teknike.

Dokumenti i produktit të propozuar nuk paraqet gradacionet në lidhje me lëvizjen shpinore dhe lëvizjeve.

17. Shtrat vizitash gjinekologjike

Sipas dokumentacionit përkatës, produkti i ofruar paraqet vetëm 2 (dy) seksione, përmasat e të cilave ndryshojnë nga ato që kërkohen sipas specifikimeve teknike.

Specifikimet teknike të kërkuara paraqesin seksionet e këmbëve, ndënjëses dhe shpinore.

MSE SHPK, skualifikohet per arsyet e më poshtme:

1.Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion,perveç Formularit të ofertës ekonomike

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. „EUROMED“ SHPK

K71718012P

Vlera 20.969.000 (Njezet milion e nenteqind e gjashtedhjetë e nente mije) Leke pa tvsh

pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik’.

D R E J T O R

Genci HYSKA