

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimet Teknike te Pergjithshme:

- Afati i skadences për kitet dhe reagentet : data e skadences në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë konform specifikimeve të deklaruara pas çdo Loti.
- Afati i skadences për materialet konsumabile, si dhe në lotet që nuk kanë specifika teknike pas çdo loti duhet të jetë : data e skadences në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2/3 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadences.
- Kërkohej autodeklarate për materialet mjekësore nga ofertuesi për konformitetin me normën MDD 93/42/EEC
- Kërkohej certifikatat ISO 9001, ose EN ISO 13485, bashkëlidhur me kopjet e certifikatave përkatëse CE origjinale ose fotokopje të përkthyer dhe të noterizuara të vlefshme.
- Autorizim nga prodhuesi për të drejtën e tregtimit në Shqipëri
- Katalogje për të gjithë artikujt dhe të markohen artikujt që ofohen
- Të respektohen specifikimet teknike të çdo loti.
- Për lotin 9 Ditën e Hapjes së Tenderit Date:10.04.2017 ora 10.00 Prane "Qendrës Spitalore Universitare Nene Tereza" të paraqiten mostra.

Specifikime Të Vecanta:

Loti 1. Kite reagente dhe materiale konsumi per OLYMPUS AU 640 / AU 2700

Public Health Sector

Nr	EMERTIMI	Metoda	Sasia ne ml per Kite/Kuti
1	Glucose	HEX	1 Box; 4X (R1 53ml, R2 27 ml)
2	Urea color	GLDH method	1 Box; 4X (R1 53ml, R2 53 ml)
3	Creatinine	Kinetic Jaffe method	1 Box; 4X (R1 51ml, R2 51 ml)
4	Uric Acid	Uricase/ PAP method	1 Box; 4X (R1 42,3ml, R2 17,7 ml)
5	Cholesterol	CHOD-POD method	1 Box; 4X R1 45 ml
6	Trigliceride	GPO-POD method	1 Box;(4X(R1 50ml, R2 12.5 ml)
7	AST-GOT	GSCC/IFCC	1 Box; 4X (R1 50ml, R2 50 ml)
8	ALT-GPT	GSCC/IFCC	1 Box; 4X (R1 50ml, R2 25 ml)
9	Bilirubine T	DPD Method	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 40 ml)
10	Bilirubine D	DPD Method	1 Box;4X (R1 20ml, R2 20 ml)
11	ALP	IFCC AMP buffer	1 Box;4X (R1 53ml, R2 53 ml)
12	GGT	GSCC/IFCC	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 40 ml)

13	LDH	IFCC-Kinetic UV test	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 20 ml)
14	CK	Creatine ãith n-acetilcisteina(IFCC)	1 Box; 4X (R1 22, R1A 4ml, R2 6 ml)
15	CK-MB	Immunoinhibition	1 Box; 2X (R1 22, R1-A 4ml, R2 6 ml)
16	Total Protein	Biuret	1 Box; 4X (R1 48ml, R2 48 ml)
17	Amylaze	EPS/IFCC	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 10 ml)
18	HDL-C	Immunoinhibition	1 Box; 4X (R1 51ml, R2 17 ml)
19	Albumine	BCG method	1 Box; 4X (R1 29 ml)
20	Iron	TPTZ method	1 Box ;4x(RI 30m,R2 30ml)
21	Calcium	o-CPC method	1 Box ;4x(RI 27ml,R2 27ml)
22	HbA1C	immunoinhibition	1 Box;2X(THbR1 19ml,R2 19ml, HbA1C R1 37,5ml)
23	Phosphorous	Molyhidrate method UV	1 Box ;4x(RI 15ml,R2 15ml)
24	Magnesium	Xylidyl Blue	1 Box; 4X (R1 40 ml)
25	Kolinesteraza	GSCC/IFCC	1 Box; 4x(R1 30ml;R2 6ml)
26	Lipase	MGLP-GPO-POD method	1 Box 4X(R1 30ml; R2 10ml)
Calibrators Parameters Sasia/ Kuti			
27	System calibrator	Clinical Chemistry Parameters	1 BOX (20X5ml)
28	HDL cholesterol Calibrator	HDL cholesterol	1 Box (2x3ml)
29	CK-MB Calibrator	CK-MB	1 box (6x1ml)
Controls Parameters			
30	Olympus control sera 1	Clinical Chemistry Parameters	1 Box (20X5ml)
31	HDL/LDL Controls	HDL/LDL	1 Boxes(3 x 5ml control 1& 2)
32	HbA1c Controls	HbA1c	1 Box
Others			
33	Ëash Solution	Ëash Solution	1 Box (6x2 l)
34	HbA1c Denaturant	Denaturing Reagent	1 Box (2X250 ml)
35	ISE Cleaning Solution	Cleaning solution	1 Box (6x 500 ml)
36	Reference Solution	Electrolite referent solution	1 box(4x1000ml)
37	MID STD	Electrolite measuring standard	1box (4x2000ml)
38	BUFFER	Electrolite buffer	1box (4x2000 bottle)
39	ISE High Serum Standart	Electrolite calibration standard	1 Box (4x100ml)
40	ISE Loë Serum Standart	Electrolite calibration standard	1 Box (4x100ml)
41	Na Elektode	Elektrode	1 pcs
42	K Elektode	Elektrode	1pcs
43	Cl Electrode	Elektrode	1pcs

Specifikimet teknike:

- Kite reagentet e këtij loti, të jenë prodhim i Beckman Coulter
- Kitet reagente të këtij lotit në momentin e levrimit të ketë skadencë jo më të vogël se 8 muaj

Loti 2. Kite reagent për përcaktimin e gazeve ne gjak (IL) GEMOREMIER

Nr	EMERTIMI	Paketimi
1	GEM 3K BG/ISE/G	Kuti x (300/450 teste)

Specifikimet teknike:

- Kite reagentet e këtij loti të jenë prodhim i Instrumentation Laboratory (IL)
- Kitet reagente të këtij loti të në momentin e levrimit të kenë skadencë jo më të vogël se 3 muaj

Loti 3. Kite reagent për Koagulometrin ACL 9000 (IL)

Kite reagente per Koagulometrin ACL 9000 (IL)		
Nr	EMERTIMI	Paketimi
1	PT FIB - HS	5 x 8.5 ml buffer; 5 x 8.5 ml, tromboplastine liofilizat
2	F VIII - Deficient plasma (included abnormal and normal plasma) 4 x 1 ml	10x 1 ml
3	F IX - Deficient plasma (included abnormal and normal plasma)	10x 1 ml
4	APTT -SP (liquid)	5 x 9 ml APTT R;; 5 x 8 ml CaCl 2
5	Rotors for ACL 9000	100 rotors /pack 20poz.
6	Hemosil ëash -R -Emulsion	1000 ml
7	Factor diluent	100 ml
8	Cleaning solution	500 ml
9	Factor VIII Calibrator	

Specifikimet teknike:

- Kite reagentet e këtij loti të jenë prodhim i Instrumentation Laboratory (IL)
- Kitet reagente të këtij loti në momentin e levrimit të kenë skadencë jo më të vogël se 1 vit

Loti 4. Kite hematologjike për ABX – Micros 60

**Kite hematologjike per ABX –
60**

Nr	EMERTIMI	Paketimi Kuti/ Shishe/Bidon
1	ABX MINICLEAN	1 L Bidon
2	ABX MINI DIL LMG BP 7290	10 L Bidon
3	ABX MINILYSER LMG	1 L
4	ABX MINI CLAIR	0.5L
5	ABX DIFFITROL CON.N	2X3 ml
6	ABX DIFFITROL CON.L	2X3 ml
7	ABX DIFFITROL CON.H	2X3 ml

Specifikimet teknike:

- Kite reagentët e këtij loti të jenë prodhim i Horiba ABX
- Kitet reagente 1-4 te këtij loti në momentin e levrimit të kenë skadence jo me te vogel se 1 vit.
- Artikulli 5,6,7 të lëvrohet cdo tre muaj si pasojë e skadencës së shkurtër qe ka

Loti 5. Reagent hematologjik për ABBOTT Cell Dyn 1800

Reagente hematologjik per ABBOTT Cell Dyn 1800

Nr	EMERTIMI	Paketimi
1	CD 1800 CNF HGB LYSE	3.8L
2	DETERGENT CELL DYN 1800 (20L)	20L
3	ISOTONIC DILUENT CELL DYN 1800	20L
4	CD 18 Plus Control FP	4X3 tubes 2.5ml

Specifikimet teknike:

- Kite reagentet e ketij loti me perjashtim te artikullit 6 (gjak kontrolli per EQC) te jene prodhim i ABBOTT
- Kitet reagente 1-3 te ketij loti ne momentin e levrimit te kene skadence jo me te vogel se 5 muaj. Artikulli 4 te levrohet cdo tre muaj sipas grafikut te laboratorit si pasoje e skadences se shkurter qe ka.

Loti 6. Kite reagent për IMMULITE 1000, (DPC); me fond limit; 6,790,170 (gjashtë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë pa t.v.sh.

Kite reagente per IMMULITE 1000, DPC

	EMERTIMI	Paketimi
1	TSH	500 Teste/Kuti
2	FT3	100 Teste/Kuti
3	FT4	100 Teste/Kuti
4	FSH	100 Teste/Kuti
5	LH	100 Teste/Kuti
6	PRL	100 Teste/Kuti
7	CORTISOL	100 Teste/Kuti
8	TROPONINE I	100 Teste/Kuti
9	CARBAMAZEPINE	100 Teste/Kuti
10	GH	100 Teste/Kuti
11	SUBSTRATE	Kit for 1000 tests
12	Probe Ėash	Kit for 2000 tests
13	Probe Cleaning 360 days	Kit for 50 days
14	Sample Cups	1000
15	Multivalent Control	108 ml
16	Control Troponine	72 ml

Specifikimet teknike:

- Kite reagentet e ketij loti te jene prodhim I Siemens me perjashtim te artikullit 15,16 (Controll) I cili mund te jete i nje prodhuesi tjetër
- Kitet reagente te ketij loti te ne momentin e levrimet te kene skadence jo me te vogel se 6 muaj. Bejne perjashtim nga kjo kerkese artikujt FT3 dhe Cortisol qe per efekt te teknologjise kane skadence me te shkurter.

Loti 7. Kite reagent për Architect 2000 (ABBOTT);

Nr	EMERTIMI	Paketimi
1	TOTAL PSA RgT	Kuti x100/x400
2	TOTAL PSA Cal	Kit
3	AFP Rgt	Kuti x100/x400
4	AFP Cal	Kit
5	CEA Rgt	Kuti x100/x400
6	CEA Cal	Kit
7	CA 15-3 Rgt	Kuti x100/x400
8	CA 15-3 Cal	Kit
9	CA 19-9 Rgt	Kuti x100/x400

10	CA 19-9 Cal	Kit
11	CA 125 Rgt	Kuti x100/x400
12	CA 125 Cal	Kit
13	FERRITIN Rgt	Kuti x100/x400
14	FERRITIN Cal	Kit
15	Tumor Marker Control Level 1	Kuti (12 x 5ml)
16	Tumor Marker Control Level 2	Kuti (12 x 5ml)
17	Reaction Vessels	Kutix4000
18	Sample cups	Kutix1000
19	Trigger Solution	Kuti (4 shishe X 975ml)
20	Pre-Trig Solution	Kuti (4 shishe X 975ml)
21	Ëash Buf Sol	Kuti (4 shishe X 975ml)
22	Probe conditioning solution	Kuti (4x25 ml)

Specifikimet teknike:

- Kite reagentet e ketij loti te jene prodhim i Kompanise ABBOTT Diagnostic me perjashtim te artikullit 15,16 (Tumor Marker Control) qe mund te jete i nje prodhuesi tjeter
- Kitet reagente te ketij loti ne momentin e levrimet te kene skadence jo me te vogel se 5 muaj

Public Health Sector

Loti 8. Reagent Kimike, kite diagnostikuese dhe materiale laboratorike

Regente Kimike, Kite diagnostikuese dhe Materiale Laboratorike

Nr	EMERTIMI	Paketimi	Metoda
1	5 Sulfosalicylic Dihydrate Acid	1 L	Liter
2	Urin reagent strips (urinalysis) me 11 parametra te shoqeruar me 2 aparate mates sebashku me letren e printimit	100 strips/kuti	Kuti
3	Testse per fece gjak okult	Teste	Teste
4	Tuba urine plastike 17 x 105 mm, 12 ml te paisur me tape		Cope
5	Xhama Mikroskopi (te lare)	50 / 100 pako	Cope
6	Tuba plastike me permasa 13X75		Cope

Loti 9. Tuba dhe konsumabile laboratorike për fazën preanalitike të përpunimit të gjakut;

Tuba dhe konsumabile laboratorike per fazen preanalitike te perpunimit te gjakut		
Nr	EMERTIMI	Metoda
1	Lithium Heparin per Plazem, Sistem i hapur ose me vakum. Tapa Jeshile	3-4 ml, 13X75mm
2	Sodium Citrate Plasma per teste koagulimi, Sistem i hapur ose me vakum. Tape Bojqielli	2.7-4.5 ml, 13X75mm
3	K3 Potassic EDTA per teste hematologjike, Sistem i hapur ose me vakum. Tape Lejla	2-3ml, 13X75mm
4	Gel Silica Serum , Sistem i hapur ose me vakum. Tape e Verdhe (ose e Kuqe)	3-5 ml, 13X75mm ose 13X100mm

Specifikimet teknike:

- Te gjithë tubat me sistem pa vakum në momentin e lëvrimit të kenë skadencë jo më të vogël se 1 vit
- Tubat te jene te regjistruar ne nje nga vendet e BE dhe te jene te markuara CE.
- Te sillen mostra per tu provuar nga laboratori

Loti 10. Kite dhe reagentë të përshtatshme për autoanalizatorin e gazeve në gjak Cobas b221 (Roche Omni S6)

Nr.	Emertimi
1	S1 Rinse Solution
2	S2 Fluid Pack
3	S3 Fluid Pack A
4	Autotrol/ Combitrol B level 1
5	Autotrol/Combitrol B level 2
6	Autotrol/Combitrol B level 3
7	PH - Micro Electrode
8	PO2 - Micro Electrode
9	PCO2 - Micro Electrode
10	Cl - Micro Electrode
11	K - Micro Electrode
12	Na - Micro Electrode
13	Ca - Micro Electrode
14	Reference Micro Electrode
15	GLU/LAC Sensor
16	Printer Paper
17	HB-Calibrator
18	THB Cuvette Packed

Loti11 . Kite për matjen e glicemisë së shpejt

Stripe glicemie		
Nr	Emertimi	Njesia
1	Stripe për matjen e glicemisë +maja shpuse njeperdorimshe	copë

Specifikimet teknike:

- Të sjellë aparat ne perdorim 30 copë
- Stripet te kene certifikatë IVDD 98/79 EC

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Loti 1. Kite reagente dhe materiale konsumi per OLYMPUS AU 640 / AU 2700

Nr	EMERTIMI	Metoda	Sasia ne ml per Kite/Kuti	Sasia ne kite/kuti
1	Glucose	HEX	1 Box; 4X (R1 53ml, R2 27 ml)	10
2	Urea color	GLDH method	1 Box; 4X (R1 53ml, R2 53 ml)	15
3	Creatinine	Kinetic Jaffe method	1 Box; 4X (R1 51ml, R2 51 ml)	35
4	Uric Acid	Uricase/ PAP method	1 Box; 4X (R1 42,3ml, R2 17,7 ml)	5
5	Cholesterol	CHOD-POD method	1 Box; 4X R1 45 ml	10
6	Trigliceride	GPO-POD method	1 Box;(4X(R1 50ml, R2 12.5 ml)	15
7	AST-GOT	GSCC/IFCC	1 Box; 4X (R1 50ml, R2 50 ml)	15
8	ALT-GPT	GSCC/IFCC	1 Box; 4X (R1 50ml, R2 25 ml)	40
9	Bilirubine T	DPD Method	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 40 ml)	5
10	Bilirubine D	DPD Method	1 Box;4X (R1 20ml, R2 20 ml)	2
11	ALP	IFCC AMP buffer	1 Box;4X (R1 53ml, R2 53 ml)	17
12	GGT	GSCC/IFCC	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 40 ml)	8
13	LDH	IFCC-Kinetic UV test	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 20 ml)	5
14	CK	Creatine ëith n-acetilcisteina(IFCC)	1 Box; 4X (R1 22, R1A 4ml, R2 6 ml)	20
15	CK-MB	Immunoinhibition	1 Box; 2X (R1 22, R1-A 4ml, R2 6 ml)	20
16	Total Protein	Biuret	1 Box; 4X (R1 48ml, R2 48 ml)	8
17	Amylaze	EPS/IFCC	1 Box; 4X (R1 40ml, R2 10 ml)	15
18	HDL-C	Immunoinhibition	1 Box; 4X (R1 51ml, R2 17 ml)	20
19	Albumine	BCG method	1 Box; 4X (R1 29 ml)	2
20	Iron	TPTZ method	1 Box ;4x(RI 30m,R2 30ml)	5
21	Calcium	o-CPC method	1 Box ;4x(RI 27ml,R2 27ml)	5
22	HbA1C	immunoinhibition	1 Box;2X(THbR1 19ml,R2 19ml, HbA1C R1 37,5ml)	10

23	Phosphorous	Molyhidrate method UV	1 Box ;4x(RI 15ml,R2 15ml)	2
24	Magnesium	Xylidyl Blue	1 Box; 4X (R1 40 ml)	3
25	Kolinesteraza	GSCC/IFCC	1 Box; 4x(R1 30ml;R2 6ml)	1
26	Lipase	MGLP-GPO-POD method	1 Box 4X(R1 30ml; R2 10ml)	1
Calibrators Parameters Sasia/ Kuti				
27	System calibrator	Clinical Chemistry Parameters	1 BOX (20X5ml)	1
28	HDL cholesterol Calibrator	HDL cholesterol	1 Box (2x3ml)	2
29	CK-MB Calibrator	CK-MB	1 box (6x1ml)	2
Controls Parameters				
30	Olympus control sera 1	Clinical Chemistry Parameters	1 Box (20X5ml)	2
31	HDL/LDL Controls	HDL/LDL	1 Boxes(3 x 5ml control 1& 2)	1
32	HbA1c Controls	HbA1c	1 Box	1
Others				
33	Ėash Solution	Ėash Solution	1 Box (6x2 l)	10
34	HbA1c Denaturant	Denaturating Reagent	1 Box (2X250 ml)	1
35	ISE Cleaning Solution	Cleaning solution	1 Box (6x 500 ml)	10
36	Reference Solution	Electrolite referent solution	1 box(4x1000ml)	3
37	MID STD	Electrolite measuring standard	1box (4x2000ml)	10
38	BUFFER	Electrolite buffer	1box (4x2000 bottle)	10
39	ISE High Serum Standart	Electrolite calibration standard	1 Box (4x100ml)	1
40	ISE Loë Serum Standart	Electrolite calibration standard	1 Box (4x100ml)	1
41	Na Elektode	Elektrode	1 pcs	1
42	K Elektode	Elektrode	1pcs	1
43	Cl Electrode	Elektrode	1pcs	1

- Kitet reagente të këtij lotit në momentin e levrimit të ketë skadencë jo më të vogël se 8 muaj

Loti 2. Kite reagent për përcaktimin e gazeve ne gjak (IL) GEMOREMIER

Nr	EMERTIMI	Paketimi	Sasia ne teste
1	GEM 3K BG/ISE/G	Kuti x (300/450 teste)	6,000

- Kitet reagente të këtij loti të në momentin e levrimit të kenë skadence jo më të vogël se 3 muaj

Loti 3. Kite reagent për Koagulometrin ACL 9000 (IL)

		Kite reagente per Koagulometrin ACL 9000 (IL)	
Nr	EMERTIMI	Paketimi	Sasia Kuti/ Shishe/Bidon
1	PT FIB - HS	5 x 8.5 ml buffer; 5 x 8.5 ml, tromboplastine liofilizat	40
2	F VIII - Deficient plasma (included abnormal and normal plasma) 4 x 1 ml	10x 1 ml	6
3	F IX - Deficient plasma (included abnormal and normal plasma)	10x 1 ml	2
4	APTT -SP (liquid)	5 x 9 ml APTT R.; 5 x 8 ml CaCl 2	10
5	Rotors for ACL 9000	100 rotors /pack 20poz.	15
6	Hemosil ëash -R -Emulsion	1000 ml	20
7	Factor diluent	100 ml	1
8	Cleaning solution	500 ml	1
9	Factor VIII Calibrator		1

- Kitet reagente të këtij loti në momentin e levrimit të kenë skadencë jo më të vogël se 1 vit

Loti 4. Kite hematologjike për ABX – Micros 60

Kite hematologjike per ABX – Micros 60			
Nr	EMERTIMI	Paketimi Kuti/ Shishe/Bidon	Sasia Kuti/ Shishe/Bidon
1	ABX MINICLEAN	1 L Bidon	20
2	ABX MINI DIL LMG BP 7290	10 L Bidon	35
3	ABX MINILYSER LMG	1 L	5
4	ABX MINI CLAIR	0.5L	3
5	ABX DIFFITROL CON.N	2X3 ml	1
6	ABX DIFFITROL CON.L	2X3 ml	1
7	ABX DIFFITROL CON.H	2X3 ml	1

- Kitet reagente 1-4 të këtij loti në momentin e levrimit të kenë skadence jo më të vogël se 1 vit. Artikulli 5,6,7 të lëvrohet cdo tre muaj si pasojë e skadencës së shkurtër që ka

Loti 5. Reagent hematologjik për ABBOTT Cell Dyn 1800

Reagente hematologjik per ABBOTT Cell Dyn 1800			
Nr	EMERTIMI	Paketimi	Sasia ne Kuti/ Shishe/Bidon
1	CD 1800 CNF HGB LYSE	3.8L	2
2	DETERGENT CELL DYN 1800 (20L)	20L	8
3	ISOTONIC DILUENT CELL DYN 1800	20L	16
4	CD 18 Plus Control FP	4X3 tubes 2.5ml	1

- Kitet reagente 1-3 te ketij loti ne momentin e levrimet te kene skadence jo me te vogel se 5 muaj. Artikulli 4 te levrohet cdo tre muaj sipas grafikut te laboratorit si pasoje e skadences se shkurter qe ka.

Loti 6. Kite reagent për IMMULITE 1000, (DPC);

Kite reagente per IMMULITE 1000, DPC			
	EMERTIMI	Paketimi	SASIA/ Teste ose Kuti
1	TSH	500 Teste/Kuti	3,500
2	FT3	100 Teste/Kuti	900
3	FT4	100 Teste/Kuti	1,100
4	FSH	100 Teste/Kuti	300
5	LH	100 Teste/Kuti	300
6	PRL	100 Teste/Kuti	300
7	CORTISOL	100 Teste/Kuti	200
8	TROPONINE I	100 Teste/Kuti	15,000
9	CARBAMAZEPINE	100 Teste/Kuti	100
10	GH	100 Teste/Kuti	200
11	SUBSTRATE	Kit for 1000 tests	17
12	Probe Ëash	Kit for 2000 tests	9
13	Probe Cleaning 360 days	Kit for 50 days	4
14	Sample Cups	1000	2
15	Multivalent Control	108 ml	1
16	Control Troponine	72 ml	2

Loti 7. Kite reagent për Architect 2000 (ABBOTT);

Kite, reagente dhe material konsumi per Architect 2000 (ABBOTT)

Nr	EMERTIMI	Paketimi	SASIA/ test ose kuti
1	TOTAL PSA RgT	Kuti x100/x400	700
2	TOTAL PSA Cal	Kit	1
3	AFP Rgt	Kuti x100/x400	300
4	AFP Cal	Kit	1
5	CEA Rgt	Kuti x100/x400	1,300
6	CEA Cal	Kit	1
7	CA 15-3 Rgt	Kuti x100/x400	600
8	CA 15-3 Cal	Kit	1
9	CA 19-9 Rgt	Kuti x100/x400	700
10	CA 19-9 Cal	Kit	1
11	CA 125 Rgt	Kuti x100/x400	600
12	CA 125 Cal	Kit	1
13	FERRITIN Rgt	Kuti x100/x400	1,300
14	FERRITIN Cal	Kit	1
15	Tumor Marker Control Level 1	Kuti (12 x 5ml)	1
16	Tumor Marker Control Level 2	Kuti (12 x 5ml)	1
17	Reaction Vessels	Kutix4000	1
18	Sample cups	Kutix1000	1
19	Trigger Solution	Kuti (4 shishe X 975ml)	3
20	Pre-Trig Solution	Kuti (4 shishe X 975ml)	2
21	Ëash Buf Sol	Kuti (4 shishe X 975ml)	10
22	Probe conditioning solution	Kuti (4x25 ml)	1

- Kitet reagente te ketij loti ne momentin e levrimit te kene skadence jo me te vogel se 5 muaj

Loti 8. Reagent Kimike, kite diagnostikuese dhe materiale laboratorike

Regente Kimike, Kite diagnostikuese dhe Materiale Laboratorike				
Nr	EMERTIMI	Paketimi	Metoda	SASIA Liter/ cope/Kuti
1	5 Sulfosalicylic Dihydrate Acid	1 L	Liter	1
2	Urin reagent strips (urinalysis) me 11 parametra te shoqeruar me 2 aparate mates sebashku me letren e printimit	100 strips/kuti	Kuti	10,000
3	Testse per fece gjak okult	Teste	Teste	500

4	Tuba urine plastike 17 x 105 mm, 12 ml te paisur me tape		Cope	50,000
5	Xhama Mikroskopi (te lare)	50 / 100 pako	Cope	3,000
6	Tuba plastike me permasa 13X75		Cope	12,000

Loti 9. Tuba dhe konsumabile laboratorike për fazën preanalitike të përpunimit të gjakut;

Tuba dhe konsumabile laboratorike per fazen preanalitike te përpunimit te gjakut			
Nr	EMERTIMI	Metoda	SASIA Cope
1	Lithium Heparin per Plazem, Sistem i hapur ose me vakum. Tapa Jeshile	3-4 ml, 13X75mm	50,000
2	Sodium Citrate Plasma per teste koagulimi, Sistem i hapur ose me vakum. Tape Bojqielli	2.7-4.5 ml, 13X75mm	10,000
3	K3 Potassic EDTA per teste hematologjike, Sistem i hapur ose me vakum. Tape Lejla	2-3ml, 13X75mm	50,000
4	Gel Silica Serum , Sistem i hapur ose me vakum. Tape e Verdhe (ose e Kuqe)	3-5 ml, 13X75mm ose 13X100mm	50,000

Specifikimet teknike:

- Te gjithë tubat me sistem pa vakum në momentin e lëvrimit të kenë skadencë jo më të vogël se 1 vit
- **Te sillen mostra per tu provuar nga laboratori**

Loti 10. Kite dhe reagentë të përshtatshme për autoanalizatorin e gazeve në gjak Cobas b221 (Roche Omni S6)

Nr.	Emertimi	Sasia
1	S1 Rinse Solution	24
2	S2 Fluid Pack	32
3	S3 Fluid Pack A	32
4	Autotrol/ Combitrol B level 1	4
5	Autotrol/Combitrol B level 2	4
6	Autotrol/Combitrol B level 3	4
7	PH - Micro Electrode	4
8	PO2 - Micro Electrode	4
9	PCO2 - Micro Electrode	4
10	Cl - Micro Electrode	4
11	K - Micro Electrode	4
12	Na - Micro Electrode	4
13	Ca - Micro Electrode	5
14	Reference Micro Electrode	8
15	GLU/LAC Sensor	18

16	Printer Paper	6
17	HB-Calibrator	4
18	THB Cuvette Packed	8

Loti11 . Kite për matjen e glicemisë së shpejt

Stripe glicemie			
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Stripe për matjen e glicemisë +maja shpuse njeperdorimshe	copë	10000

Afatet e lëvrimit të Përgjithshme:

Afati i lëvrimit deri në 31.08.2017: _____

20% e sasisë së mallit për secilit material duhet të lëvrohet brenda 30 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës

Pjesa e sasisë së mbetur duhet të lëvrohet deri në përfundim të kontratës sipas kërkesave 1 mujore të Shërbimit të Labororit Biokimik-Klinik sipas gjëndjes së tyre dhe nevojave të spitalit, dhe kontrata mund të mbyllet e pa realizuar plotësisht si rrjedhojë e aplikimit të projektit tëPPP në labororet mjeksore të Republikës së Shqipërisë.

Public Health Sector